

UBLOW Ltd. & EUROTEx s.r.o.

Monitor oxidu uhelnatého v dechu

BMC - 2000

Britská společnost **UBLOW Ltd.** ve spolupráci se společností **EUROTEx s.r.o.**, přináší na trh spolehlivý a cenově výhodný **Monitor obsahu oxidu uhelnatého v dechu.**

Monitor BMC-2000 vyniká rychlým vyhodnocením testu, stylovým designem a velmi snadným ovládním. Zajišťuje přesnou a snadnou podporu všem specialistům přes závislost na tabáku a jejich klientům.

Monitor BMC-2000 slouží k indikaci množství oxidu uhelnatého (CO) v dechu. Výsledky jsou zobrazovány na LCD obrazovce ve třech různých formátech: množství CO v ppm (parts per milion), množství CO v % a množství COHb v %. Současně je výše hladiny CO v dechu zobrazena pásem LED diod pod obrazovkou. Měřicí rozsah přístroje je 0 - 100 ppm s přesností rozlišení 1 ppm. Přístroj disponuje nastavením pro mladistvé, dospělé a těhotné. Dále je součástí ovládní nastavení zvuku, výběr jazyka a indikace stavu baterie. Přístroj je vybaven automatickým vypnutím při nečinnosti delší než 2 minuty. Pro kalibraci přístroje je doporučen plyn s obsahem CO 20 ppm.

Přístroj je dodáván v pevném ochranném pouzdru s prostorem pro příslušenství (např. náustky, adaptor náustků, návod).



- ⊗ pro podporu při odvykání kouření
- ⊗ rozsah 0 - 100 ppm s přesností 1 ppm
- ⊗ LCD displej s jasně definovanými instrukcemi
- ⊗ výsledky v ppm CO a procentech CO a COHb
- ⊗ orientační barevná LED stupnice
- ⊗ nastavení pro mladistvé/dospělé/těhotné
- ⊗ snadná kalibrace (po dobu záruky zdarma)
- ⊗ indikátor nabití baterie
- ⊗ záruka 24 měsíců
- ⊗ antibakteriální filtr v adaptoru náustku
- ⊗ **!!! VÝHODNÁ CENA !!!**

UBLOW Ltd.



eurotex
DIAGNOSTICS

BMC - 2000 Rychlý návod a tabulka výsledků



LED	Dospělý (ppm)	Mladistvý (ppm)
■	0 - 6	0 - 4
■ ■	7 - 10	5 - 6
■ ■ ■	11 - 15	7 - 10
■ ■ ■ ■	16 - 25	11 - 15
■ ■ ■ ■ ■	26 - 35	16 - 25
■ ■ ■ ■ ■ ■	36 - 50	26 - 35
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (blikající)	51+	36+

ppm = parts per milion / Registrováno ve Wales & England. Registrační číslo 04115452

1. Před zapnutím monitoru se přesvědčte, že adaptor náustku "A" je vyjmutý.
2. Stiskněte a držte tlačítko ENTER "B", dokud neuslyšíte zvukový signál a nerozsvítí se všechny LED diody.
3. Dále postupujte dle instrukcí na obrazovce "C" za použití tlačítka ENTER "B", nebo pro směr nahoru či dolů pomocí tlačítek po obou stranách tlačítka ENTER "B".
4. Je velmi důležité, aby otvor na zadní straně monitoru NEBYL zakryt žádnou částí vaší ruky během dechové zkoušky nebo kalibrace přístroje.
5. Pro vypnutí přístroje, které je možné v jakékoli fázi, stiskněte a držte tlačítko ENTER "B", dokud nezazní zvukový signál a přístroj se nevypne. Tento proces obvykle trvá 3 vteřiny.
6. Pokud je přístroj zapnut, ale ponechán v nečinnosti déle než 2 minuty, přístroj se automaticky vypne.

Příslušenství a spotřební materiál

Náustky:

Jednotlivě balené



Zatavené



Volné



Adaptory



Čistící polštářky



Kalibrace:



20 ppm/50ppm
110L/20L



Regulátor pro
20 L láhev



Regulátor pro
110 L láhev

Technická specifikace

Typ senzoru	Elektrochemický
Rozsah	0 - 100 ppm
Rozlišení	1 ppm
Přesnost	+/- 5% stupnice nebo 1 ppm
Životnost senzoru	2 - 5 let
Provozní teplota	15 - 25°C
Provozní tlak	Atmosférický +/- 10%
Provozní vlhkost	15 - 90% (nekondenzovaná)
Životnost baterie	1 - 3 měsíce/Alkalická 1.5V AA
Hmotnost	200 g
Rozměry	75mm X 140 mm X 43 mm
Skladování - teplota	-20 až 60°C
Skladování - vlhkost	30% - 60%

UBLOW Ltd - výrobce

17 Brunswick Road
Birchington
Kent
United Kingdom
CT7 0EE
Phone: +44 1843 808077
Fax: +44 (0)1843 808066
Email: info@ublow.co.uk
Company number: 04115452
Tax number: GB 912 6652 30
Web: <http://www.ublow.co.uk>

UBLOW Ltd.



distributor - EUROTEX s.r.o.

V Zátíší 111

Jevany

281 66

Česká republika

IČO: 47121025

DIČ: CZ47121025

Tel.: +420 222 316 089

Fax.: +420 222 314 055

Email: eurotex@eurotexsro.eu

Web: www.eurotexsro.eu